

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 金华东	
	职称: 高工	
	工作单位: 江苏省中西药	
项目信息	项目名称: 澳思托骨密度仪更换球管组件及维修保养服务采购项目	
	供应商名称: 上海远舟医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	拟更换球管组件及维保服务属于专机专用, 国内无可替代或可兼容使用的球管符合单一来源方式, 建议按单一来源采购方式采购	
专业人员签字	金华东	日期 2025年1月17日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 高晓博	
	职称: 高级医师	
	工作单位: 南通市第一医院	
项目信息	项目名称: 澳思托骨密度仪更换球管组件及维修保养服务采购项目	
	供应商名称: 上海远舟医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	该单位现有X线骨密度仪品牌为澳思托,其球管组件故障需更换,该单位设备年限较长且品牌老化,更换球管性价比及一致性,建议采用单一来源方式从澳思托医疗器械(上海)有限公司采购。	
专业人员签字	高晓博	日期 2024年1月17日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 邱勤	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 江苏省中医院.	
项目信息	项目名称: 澳思托骨密度仪更换球管组件及维修保养服务采购项目	
	供应商名称: 上海远舟医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	<p>该院初附科现有的澳思托D能X射线骨密度仪由于球管组件故障需要更换维修同时拟购买整机维修保养服务。由于初附科X射线骨密度仪属于高端精密设备,其核心部件球管只有原厂生产的才能配套使用,属于专用专用的零部件,因此,建议从澳思托医疗器械(上海)有限公司在江苏地区唯一授权经销商上海远舟医疗设备有限公司购买维修保养服务。</p>	
专业人员签字	邱勤	日期 2025年1月17日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源专家论证签到表

日期: 25年1月17日

序号	姓名	职务/职称	工作单位	身份证号码	电话/手机
	金宗兴	主任	江苏省中医院	320105197104161233	13372018675
	王玲	主任	南京市第一医院	3201071967041432X-9	18951710000
	邱勃	高级工程师	江苏省中医院	360103192610080326	13951999980