

附件



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 胡益斌	
	职称: 研究员级高级工程师	
	工作单位: 江苏省人民医院	
项目信息	项目名称: 西门子乳腺钼靶机平板单一来源采购项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>该院现正使用的西门子乳腺钼靶机, 需更换平板探测器, 该平板探测器为关键核心部件, 直接影响成像图像质量, 为保证该设备的性能和正常运行, 只有原厂平板才能与其匹配和兼容, 因此, 建议由西门子医疗系统有限公司为该设备提供原厂平板探测器, 采用单一来源采购方式采购。</p>	
专业人员签字	胡益斌	日期 2025年2月13日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 	
	职称： 高级会计师	
	工作单位： 南京市第一医院	
项目信息	项目名称：西门子乳腺钼靶机平板单一来源采购项目	
	供应商名称：西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>该院目前正在用的西门子乳腺钼靶机，需更换平板，由于平板属于该设备的关键核心部件，直接影响检查的准确度及图像质量，为保证该设备的运行平稳，保障图像质量的稳定性和准确性，考虑为厂家在乳腺钼靶机平板的制造和配套一致性的因素，故建议采用单一来源方式采购此设备的平板。</p>	
专业人员签字		日期 2024年 2月 13日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 邱勤	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 江苏省中医院.	
项目信息	项目名称: 西门子乳腺钼靶机平板单一来源采购项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>该设备用的西门子乳腺钼靶机管中的障, 需要更换该钼靶机平板. 平板属于钼靶机的核心部件, 直接会影响到病人检查的精确度和完好率. 各厂家在钼靶机研制中均按照其标准进行研发, 平板与其它生产厂家生产的无法兼容. 配套使用, 只有原厂平板方能匹配使用. 为保障设备各项技术指标的精确、可靠, 保障治疗过程安全可靠, 保障图像质量和诊断效果, 建议采用单一来源采购方式, 购买该乳腺钼靶机平板.</p>	
专业人员签字	邱勤	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。